

ОН-3

Настроечный образец
для ЭМА толщинометрии



ПАСПОРТ

ВЛНГ 038.15 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Образец настроечный ОН-3 предназначен для поверки режима «ЭМА/УЗ-толщиномер» универсального дефектоскопа УД4-ТМ (УД4-Т).
Образец настроечный ОН-3 конструктивно выполнен в виде двух круглых пластин, объединенных в одном корпусе.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Толщины пластин образца настроечного ОН-3 приведены в Таблице 1.

Характеристика образца	Номинальное значение	Допустимый интервал вариации, мм	Аттестованное значение, мм	Погрешность аттестованного значения, мм
Толщина 1-й пластины	1	от 0,9 до 1,1	от 0,9 до 1,1	±0,1
Толщина 2-й пластины	10	от 9,9 до 10,1	от 9,9 до 10,1	

Таблица 1

2.2 Диаметры пластин – 39 мм (размер для справки).

2.3 Материал пластин – Д16Т.

2.4 Скорость поперечной ультразвуковой волны в пластинах составляет 3140 м/с.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Образец настроечный ОН-3 заводской номер _____ соответствует требованиям чертежа ВЛНГ 038.15 и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки ____ . ____ . ____ г.

Подпись _____

М.П. _____

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с момента получения потребителем.

4.2 Гарантийный срок хранения образца настроечного ОН-3 – 18 месяцев со дня изготовления.

5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В целях дальнейшего улучшения работы и совершенствования конструкции просим Вас все замечания, пожелания и предложения отправлять по адресу:

Производитель: **ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ»**

Почтовый адрес: РФ, 124489, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д.6а, стр.1

Тел/факс: +7(495) 225-99-60

Internet: **www.votum.ru**

e-mail: votumbox@gmail.com