


# СО-3Р

Стандартная мера дефектов  
к дефектоскопу  
«ТОМОГРАФИК «УД4-ТМ»



## ПАСПОРТ

VTM 040709 ПС

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Стандартный образец **СО-ЗР** (ГОСТ 18576) применяют для настройки чувствительности дефектоскопа при ультразвуковом неразрушающем контроле для определения:

- условной чувствительности при контроле эхо- и дельта- методами;
- мертвой зоны;
- погрешности глубиномера и погрешности измерения координат отражателя;
- стрелы преобразователя;
- угла ввода ультразвуковых колебаний;
- ширины основного лепестка диаграммы направленности наклонного пьезоэлектрического преобразователя;
- импульсного коэффициента преобразования при контроле рельсового или близкого к нему по акустическим свойствам металла.

1.2 Стандартный образец **СО-ЗР** представляет собой металлическую пластину, изготовлен из стали марки 20, по ГОСТ 14637

## 2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры 29x59x200 мм  
Вес, не более, 2,6 кг

## 3 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Порядок и условия применения стандартного образца оговариваются соответствующими документами, описывающими методику контроля.

## 4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стандартный образец СО-ЗР заводской номер \_\_\_\_\_  
соответствует требованиям ГОСТ 18576  
и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись: \_\_\_\_\_

М.П.